



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

**DIPARTIMENTO SERVIZI
SC FARMACIA**

SSR Sardegna

Prot. n° 921 del 22/06/2026

**Al Direttore S.C. Servizio Acquisti Beni e Servizi
Sede**

Oggetto: Integrazione Fornitura filtri SOLACEA ditta NIPRO MEDICAL

Dando seguito alla richiesta del Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi, si chiede la fornitura mediante "Adesione Accordo Quadro "Dialisi 5" di N.1800 filtri Solacea, per il fabbisogno annuo 2026-2027.

Come dichiarato nella richiesta, l'esigenza nasce dalla necessità di utilizzare la metodica dell'emodiafiltrazione online HDF in modo più esteso, per migliorare la tollerabilità del trattamento in un numero maggiore di pazienti, con un miglioramento della sicurezza e degli esiti clinici.

Quanto sopra ad integrazione della Delibera 1386 del 22/11/2022 "Adesione Accordo Quadro "Dialisi 4" – Lotto 4 (sublotto 3.1) ditta Nipro Medical per il quale è stata esaurita la disponibilità economica.

Spesa presunta biennale pari a € 100.080,00 IVA esclusa.

Cordiali saluti.

**La Direttrice f.f. della SC Farmacia
Dr.ssa Ombretta Summo**

OMBRETTA
SUMMO

Firmato digitalmente da
OMBRETTA SUMMO
Data: 2026.06.20 13:30:34
+02'00'



Al responsabile S.C. ACQUISTO BENI E SERVIZI

Oggetto: Relazione tecnica – Adesione alla Convenzione Consip Dialisi 5 (Filtri Nipro Solacea)

La valutazione del numero e delle comorbidità dei pazienti afferenti al nostro centro richiede un'integrazione costante dei fabbisogni di materiale per l'emodialisi, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle sedute dialitiche con una prescrizione personalizzata. Tale integrazione è da considerarsi necessaria anche alla luce dell'evoluzione del case-mix dei pazienti, caratterizzato da una crescente complessità clinica.

Nella scelta del materiale abbiamo seguito criteri clinici e organizzativi consolidati, orientati alla sicurezza del paziente, alla biocompatibilità dei dispositivi e alla possibilità di modulare il trattamento dialitico in base alle caratteristiche individuali.

Pertanto, di seguito si riportano le motivazioni a supporto della scelta dei filtri oggetto della presente procedura.

Il filtro Nipro Solacea, costituito da una membrana in triacetato di cellulosa asimmetrica, presenta caratteristiche di elevata biocompatibilità, bassa trombogenicità e adeguata clearance delle molecole di medie dimensioni, risultando particolarmente idoneo all'impiego clinico routinario.

Nel nostro centro, l'introduzione sistematica di tale filtro ha consentito un significativo miglioramento della tollerabilità del trattamento dialitico, in particolare nei pazienti incidenti.

In particolare, si evidenzia che:

- L'utilizzo del filtro Solacea ha permesso di ridurre in modo sostanziale, fino alla completa assenza nella pratica corrente, le reazioni da primo uso, rappresentando un elemento rilevante in termini di sicurezza clinica;



- tale caratteristica ha favorito l'adozione del dispositivo come standard di riferimento per i pazienti che iniziano il trattamento emodialitico, garantendo un approccio più sicuro e uniforme nella fase iniziale della terapia;
- La stabilità clinica osservata durante le sedute, unitamente all'elevata biocompatibilità della membrana, ne supporta l'impiego continuativo anche nei pazienti più fragili o con maggiore rischio di intolleranza ai materiali dialitici.

Alla luce dell'esperienza maturata e dei risultati osservati nella pratica clinica, il filtro Nipro Solacea rappresenta pertanto una scelta consolidata nel nostro centro, contribuendo in modo determinante al miglioramento della qualità e della sicurezza del trattamento dialitico.

In considerazione dell'incremento del fabbisogno assistenziale e nell'ambito dell'adesione alla Convenzione Consip Dialisi 5, si ritiene necessario integrare il fabbisogno con ulteriori 1800 filtri/anno per una durata biennale (vedi file Excel allegato).

Tale integrazione consentirebbe di implementare in modo più esteso trattamenti di emodiafiltrazione online (HDF) in post-diluizione, una metodica attualmente raccomandata come opzione di scelta nei pazienti in emodialisi, in quanto associata a migliori esiti clinici e a una rimozione più efficace delle tossine uremiche di peso molecolare medio-alto.

Si rimane a disposizione per ogni necessità e si porgono cordiali saluti

Antonello Pani