


RehaComfort – Carrozzina Standard ad autospinta o da transito

Ref. REHA-CP (configurazione ruote post. da 24")

Ref. REHA-CT (configurazione ruote post. da 12")



Descrizione

Carrozzina con telaio pieghevole a doppia crociera predisposto con attacchi per ruote posteriori ad estrazione rapida da 24" o 12 "con copertone in PU pieno. Braccioli semi-desk ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Tele seduta in Nylon imbottito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale e cintura di sicurezza. Attacco forcella con rinforzo e tubi schienale pieghevoli, per ridurre l'ingombro e agevolare il trasporto.

Tele seduta in Nylon imbottito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale.

Colore Grigio, disponibili nelle misure di seduta: 38,40,42,44,46,49,52cm

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y122103 (REHA-CTXX) Y122106 (REHA-CPXX)	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	REHA-CP 38	2252898/R
	REHA-CP 40	2252899/R
	REHA-CP 42	2252900/R

	REHA-CP 44	2252901/R
	REHA-CP 46	2252902/R
	RAHA-CP 49	2252903/R
	REHA-CP 52	2252904/R
	REHA-CT 38	2252913/R
	REHA-CT 40	2252919/R
	REHA-CT 42	2252921/R
	REHA-CT 44	2252922/R
	REHA-CT 46	2252924/R
	RAHA-CT 49	2252925/R
	REHA-CT 52	2252927/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997CARROZZINE25
--------------	-----------------------

Codice Ref.	UDI-DI
REHA-CP 38	8052679970599
REHA-CP 40	8052679970605
REHA-CP 42	8052679970612
REHA-CP 44	8052679970629
REHA-CP 46	8052679970636
REHA-CP 49	8052679970643
REHA-CP 52	8052679970650
REHA-CT 38	8052679970667
REHA-CT 40	8052679970674
REHA-CT 42	8052679970681
REHA-CT 44	8052679970698
REHA-CT 46	8052679970704
REHA-CT 49	8052679970711
REHA-CT52	8052679970728

Caratteristiche Tecniche

REHA-CP	38	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profondità seduta	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Larghezza totale	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	65 cm	69 cm
Lunghezza totale	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm
Altezza seduta	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Altezza schienale	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Altezza braccioli	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Diametro ruote post	24"	24"	24"	24"	24"	24"	24"
Peso	16,5 Kg	16,8 Kg	17,0 Kg	17,3 Kg	17,5 Kg	17,8 Kg	18,1 Kg
Portata	130 Kg	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 KG
REHA-CT	38	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profondità seduta	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Larghezza totale	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	63 cm	67 cm
Lunghezza totale	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
Altezza seduta	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Altezza schienale	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Altezza braccioli	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Diametro ruote post	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Peso	14,5 Kg	14,8 Kg	15,0 Kg	15,3 Kg	15,5 Kg	15,8 Kg	16,1 Kg
Portata	130 Kg	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 KG

Caratteristiche comuni ai due modelli

Materiali	Telaio Schienale e seduta Ruote posteriori Forcella per ruote anteriori Imbottitura Braccioli Sistema frenante Mancorrenti	Acciaio verniciato Nylon (a richiesta autoestinguenti) Poliuretano Acciaio Poliuretano Acciaio Acciaio verniciato in Grigio
Diametro ruote anteriori	8"x2" (200 x 50 mm)	
Diametro ruotini per passaggi stretti	1,5" (solo si modello Reha-CP)	
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale	
Braccioli	Semi-Desk	

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
---------------------------------------	--

CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato. In ogni caso attenersi alle istruzioni d'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*Reha-Cx xx	Carrozzina standard ad autospinta o da transito	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

*La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura e della versione scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
REHA-P-A01	Pedane elevabili	2
P-29L	Tavolino fisso con incavo	1
P-25	Seduta WC – per misura 42	1
P-26	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-27	Seduta rigida – per misura 42	1
P-28	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	31/07/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.0	03/06/2021	Nuova emissione per adeguamento normativo
1.1	15/09/2021	Inserimento del SRN fornitore
1.2	13/05/2022	Nuovo RDM per aggiornamento MDR
1.3	12/09/2022	Aggiornamento descrizione
1.4	13/03/2023	Aggiornamento codici accessori
1.5	31/08/2023	Aggiornamento immagini





ARNAS G. Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

S.C. A.B.S.E.

SSR SARDEGNA

Rif. I.O.

Oggetto: Attivazione opzione di estensione per la fornitura di una carrozzina da destinare a vari reparti dell'ARNAS G. Brotzu

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, vista l'offerta tecnica pervenuta dall'Operatore Economico, si attesta quanto segue:

SAMED:	CONFORME

CENTRO DI COSTO: 340112

5 Direttore

AO Brotzu - Cagliari
S.C. OCULISTICA
Dr. Daniela Bonsanto

SOSTITUITO A
SC OCULISTICA



ARNAS G. Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

S.C. A.B.S.E.

SSR SARDEGNA

Rif. I.O.

Oggetto: Attivazione opzione di estensione per la fornitura di una carrozzina da destinare a vari reparti dell'ARNAS G. Brotzu

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, vista l'offerta tecnica pervenuta dall'Operatore Economico, si attesta quanto segue:

SAMED:	SI ATTESTA CONFORMITA' DELL'ARTICOLO

CENTRO DI COSTO: _____

Direttore

ARNAS G. BROTZU
SSD EMERGENZA URGENZA PEDIATRICA
Direttore Dott.ssa Gabriella Cherchi

Rif. I.O.

Oggetto: Attivazione opzione di estensione per la fornitura di una carrozzina da destinare alla SC Chirurgia Epatobiliopancreatica e dei Trapianti di fegato e pancreas dell'ARNAS G. Brotzu

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, vista l'offerta tecnica pervenuta dall'Operatore Economico, si attesta quanto segue:

SAMED:
<i>CONFORME ALLA RICHIESTA</i>

CENTRO DI COSTO: *090210*

Direttore



ARNAS G. BROTZU
S.C. CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA
COORDINATORE: Dott.ssa Jessica Cerchio



ARNAS G. Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

S.C. A.B.S.L.

Rif. I.O.

Oggetto: Attivazione opzione di estensione per la fornitura di una carrozzina da destinare a vari reparti dell'ARNAS G. Brotzu

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, vista l'offerta tecnica pervenuta dall'Operatore Economico, si attesta quanto segue:

SAMED:	CONFORME	REF	REHA	CP	RUOTE	24 Ø	TG	52/150	kg
	CONFORME	REF	REHA	CT	RUOTE	12 Ø	TG	52/150	kg

CENTRO DI COSTO: 360110

Direttore

ARNAS G. BROTZU - P.O. S. MICHELE
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA
S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Il Direttore Dott. Giuseppe Dessì