

Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema semiautomatico per la preparazione ed analisi dei campioni con metodica di ibridazione in situ in campo fluorescente (FISH) per la S.C Anatomia Patologica dell'ARNAS "G. Brotzu" per tre anni. Codice CIG BCE6F3DD53.

D: Gent.mi,

nel capitolato S.A. vengono elencati i documenti allegati alla procedura, ma alcuni di essi non sono stati forniti a portale.

Vi chiediamo gentilmente una verifica.

Allegato A;

Allegato B;

Allegato C;

Allegato D;

Allegato Istruzioni di gara;

Allegato Condizioni generali di registrazione;

Allegato Accreditamento Impresa;

R: Buongiorno, trattasi di refuso. Si confermano esclusivamente i documenti forniti a portale. Cordiali saluti

D: Spett.le In merito alla procedura in oggetto, si chiede di specificare meglio quanto indicato nella descrizione del preparatore richiesto per la FISH.

In particolare, nella descrizione da Voi riportata si indica: Preparatore robotizzato per automatizzare e standardizzare il trattamento di campioni su vetrini, compresi deparafinizzazione, pretrattamento FISH e colorazione di routine dei vetrini per il laboratorio.

Si chiede di specificare cosa si intenda per "colorazione di routine".

I passaggi dei preparatori semi-automatici, infatti, non prevedono uno step di colorazione, prevedendo l'automazione per tutti i passaggi di pretrattamento fino alla dispensazione della sonda (esclusa).

Si chiede quindi di confermare che si tratti di un eventuale refuso.

R: per "colorazione di routine" si intende uno strumento programmabile per i protocolli di pretrattamento FISH, ma, qualora servisse, dispone di programmi per effettuare colorazioni istologiche e citologiche.

D: Spett.le Ente, con riferimento alla disciplina della garanzia provvisoria, si chiede cortesemente di confermare che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, trovi applicazione la riduzione del 30% dell'importo della garanzia in favore dell'operatore economico in possesso di una certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, e, nello specifico, della certificazione UNI EN ISO 9001.

R: Si conferma il capitolato

D: Spett.le Ente, si chiede cortesemente di voler confermare che il modulo "Accreditamento Impresa" non debba essere presentato in sede di gara ma successivamente al momento dell'eventuale stipula del contratto così come indicato anche a pag. 58 del Capitolato Speciale.

R: Si conferma il capitolato

D: Spett.le Ente, si chiede cortesemente di voler confermare che i tempi di risoluzione del guasto siano da intendersi i canonici 3 gg lavorativi e pertanto quelli indicati in capitolato speciale di 24 ore siano un refuso.

R: Si conferma il capitolato

D: Con la presente si chiede di confermare che le certificazioni CE ed ISO, presentante in lingua inglese, siano da intendersi escluse da qualsiasi tipo di traduzione in lingua italiana.

R: Si conferma lingua italiana